

Утверждаю: Главный метролог ЗАО «ИВК-Саяны»
подпись Епишкин П.В.
расшифровка

**Акт калибровки измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в реестре СИ РФ)
для определения поправочного коэффициента соответствующего типу радиатора отопления
в соответствии с описанием типа СИ и методикой калибровки**

Данные радиатора отопления:

Производитель: Çelikpan Radiators

Nosab Selvi Cad. N.:3 16140 Nilüfer-Bursa / Turkey Tel. +90 224 295 94 00 Fax. +90 224 411 23 77

Модель: Panelli Standart Panel Radiators

Тип: Стальной панельный радиатор Type 22

Паспортная мощность, указанная производителем, кВт: 1,136

Значение теплового напора при паспортной мощности: $\Delta T=60^{\circ}\text{C}$

Дата испытания: 06.09.2013

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Крепление измерителя: 75% высоты радиатора от нижнего края, КМЧ №4.

Фотография радиатора



Результаты испытаний

Коэффициент k для данного типа радиатора 0,0795

Ответственный за калибровку:

подпись

Иванов А.А.
расшифровка

Дата: 06.09.2013



Схема подключения

